

Macrolane bør ikke længere anvendes som kropsfiller til brystforstørrelse

Sundhedsstyrelsen er blevet opmærksom på, at indsprøjtning af Macrolane i brystet med henblik på brystforstørrelse efterfølgende kan besværliggøre diagnostisering af brystkræft, særligt ved udførelse af mammografi. Dette fremgår blandt andet af oplysninger fra producenten Q-Med AB.

Kliniske studier har således indikeret, at tilstedeværelsen af Macrolane i brystet indebærer en risiko for, at kvaliteten af diagnostiseringen markant forringes.

Sundhedsstyrelsen skal på den baggrund henstille til, at Macrolane ikke længere anvendes til brystforstørrelse.

For yderligere oplysninger om problematikken vedrørende Macrolane og diagnostisering af brystkræft henvises til følgende hjemmeside:

<http://www.mhra.gov.uk/Publications/Safetywarnings/MedicalDeviceAlerts/CON149825>

30. april 2012