



Tilføjelse til pjece om risici ved at få indsat brystimplantat, ift. sjælden form for brystimplantat relateret lymfekræft

Brystimplantat relateret lymfekræft eller BIA-ALCL er en yderst sjældent forekommende kræftsygdom, der muligt er associeret til brystimplantater. Risikoen for at udvikle denne type lymfekræft anses for meget lille.

Det er afgørende, for at kunne følge udviklingen på området, at Lægemiddelstyrelsen bliver underrettet om hændelser med brystimplantater for at kunne overvåge markedet for produkter, der eventuelt kan kompromittere patientsikkerheden. Styrelsen gør opmærksom på, at sundhedspersoner har pligt til at indberette oplysninger om enhver hændelse med medicinsk udstyr der kan medføre alvorlig forringelse af en patients helbredstilstand, fx hændelser forbundet med brystimplantater, herunder rupturer, kontrakturer og BIA-ALCL (brystimplantat relateret lymfekræft).

Se også <https://laegemiddelstyrelsen.dk/da/om/kampagner/indberet-haendelser-med-brystimplantater/>

Hvis du som patient har brystimplantater og er bekymret, anbefaler styrelsen at du kontakter din læge.